



# JCSS

証明書番号 J03B008-108:0

## 校正証明書

依頼者名	城南電計株式会社
依頼者の住所	山口県宇部市大字東須恵字国ヶ坪767番地
品名	電子式非自動はかり
製造者名	AND
型式	GP-100K
器物番号	14723538
校正項目	質量
校正方法	弊社校正技術標準（はかり）による。（文書管理番号：TS-1）
校正に用いた標準器	標準分銅（識別番号：J 証明書番号：135537）
校正受付年月日	2013年11月13日
校正実施年月日	2013年11月13日
校正実施場所	山口県宇部市大字東須恵字国ヶ坪767番地 城南電計株式会社 校正室

校正結果は、別紙のとおりであることを証明します。

2013年11月15日

所在地	山口県宇部市大字東須恵字国ヶ坪767番地
名称	城南電計株式会社 校正室

校正室長 長田 幸晴 印

- この証明書は、計量法第144条(第1項)に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分を複製して用いることは禁じられています。
- 当校正室は、ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)に適合しています。
- この証明書はILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)のMRA(相互承認)に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APLACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。